INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

**Interregionale Blutspende SRK AG**
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Bern, 16. März 2018 /cti/sme V181_BMKD

# Kommentar / Auswertung Ringversuch 2018-01 anti-HBc IgM

Die Probe 2018-113 bestand aus anti-HBc IgM negativem Material.
Die Probe 2018-114 bestand aus anti-HBc IgM negativem Material.
Die Probe 2018-115 bestand aus anti-HBc IgM positivem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

***Kommentar***
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **17** verschickten Ringversuchen wurden **17 (100 %)** Resultate zurück geschickt. Bei **17 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

**Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.**

| Testcode und Hersteller | | Anzahl Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Abbott Architect | 9 |
| 2 | Beckmann Coulter | 1 |
| 3 | Bio Mérieux, Vidas | 2 |
| 4 | DiaSorin | 1 |
| 5 | Roche Cobas Core | 3 |
| 6 | Siemens Centaur | 1 |

## Resultate

| | Anti-HBc IgM | Resultat |
|---|---|---|
| 2018-113 | negatives Humanserum | NR |
| 2018-114 | negatives Humanserum | NR |
| 2018-115 | positives Humanserum | R |

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

## Versand des nächsten Ringversuchs: 30. April 2018