INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Bern, 14. Dezember 2018 /cti/sme V184_BMKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2018-04 anti-HBc IgM

Die Probe 2018-413 bestand aus anti-HBc IgM positivem Material.
Die Probe 2018-414 bestand aus anti-HBc IgM negativem Material.
Die Probe 2018-415 bestand aus anti-HBc IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **17** verschickten Ringversuchen wurden **17 (100 %)** Resultate zurück geschickt. Bei **17 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.

Testcode und Hersteller		Anzahl Teilnehmer
1	Abbott Architect	8
2	Beckmann Coulter	1
3	Bio Mérieux, Vidas	2
4	DiaSorin	1
5	Roche Cobas Core	3
6	Siemens Centaur	1
7	Abbott Alinity	1

Resultate

	Anti-HBc IgM	Resultat
2018-413	positives Humanserum	R
2018-414	negatives Humanserum	NR
2018-415	negatives Humanserum	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 4. Februar 2019