INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Bern, 15. März 2019 /cti/sme V191_VZKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2019-01 VZV Ig oder IgG

Die Probe 2019-1V1 bestand aus VZV IgG positivem Material.
Die Probe 2019-1V2 bestand aus VZV IgG negativem Material.
Die Probe 2018-1V3 bestand aus VZV IgG positivem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **11** verschickten Ringversuchen wurden **11 (100 %)** Resultate zurück geschickt. Bei **11 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Testcode und Hersteller		**Anzahl Teilnehmer**
1	BioMérieux VZV IgG	5
2	DiaSorin	5
3	Euroimmun	1

Resultate

	VZV Ig/IgG
2019-1V1	R
2019-1V2	NR
2019-1V3	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 29. April 2019