INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00 | F +41 31 384 23 01

Bern, 13. Dezember 2019 /cti/sme V194_HAKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2019-04
HAV Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2019-4A1 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM negativem Material.
Die Probe 2019-4A2 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM positivem Material.
Die Probe 2019-4A3 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM positivem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **35** verschickten Ringversuchen wurden **35 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **34 (97.1 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.
Ein Teilnehmer ermittelte ein fehlerhaftes Resultat für die Probe 2019-4A3 IgM: negativ statt positiv.

Testcode und Hersteller	**Anzahl Teilnehmer**	
	HAV Ig oder IgG	**HAV IgM**
1 Abbott HAVAb Architect	17	17
2 Beckmann Coulter HAV	1	1
3 Bio Mérieux HAV	1	3
4 DiaSorin	1	1
5 Roche HAV	12	11
6 Siemens HAV	2	2

Resultate

	HAV Ig oder IgG	HAV IgM
2019-4A1	NR	NR
2019-4A2	R	R
2019-4A3	R	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 3. Februar 2020