INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 12. März 2021 /cti/sme V211_HEKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2021-01
HEV Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2021-1E1 bestand aus anti-HEV IgG positivem und anti-HEV IgM negativem Material.
Die Probe 2021-1E2 bestand aus anti-HEV IgG und anti-HEV IgM positivem Material.
Die Probe 2021-1E3 bestand aus anti-HEV IgG und anti-HEV IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **5** verschickten Ringversuchen wurden **5 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **5 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Testcode und Hersteller	**Anzahl Teilnehmer**	
	HEV Ig oder IgG	**HEV IgM**
1 BioMérieux Vidas HEV	2	2
2 Dia.Pro Diagnostic HEV	1	1
3 Vircell Virclia HEV	1	1
4 Wantai HEV	1	1

Resultate

	HEV Ig oder IgG	**HEV IgM**
2021-1E1	R	NR
2021-1E2	R	R
2021-1E3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 26. April 2021