INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 4. Juni 2021 /cti/sme V212_CKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2021-02
HCV Ig oder IgG

Die Probe 2021-201 bestand aus einem HCV-negativen Humanserum.

Die Probe 2021-202 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 +, C2 +, E2 +/-, NS3 ++++, NS4 -, NS5 -.

Die Probe 2021-203 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 ++, C2 ++, E2 +/-, NS3 ++++, NS4 ++, NS5 -.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **63** verschickten Ringversuchsproben wurden **63 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **63 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.

	Testcode und Hersteller	**Anzahl Teilnehmer**
1	Abbott anti HCV, Alinity	6
2	Abbott anti HCV, ARCHITECT	25
3	Bio Mérieux Anti-HCV Vidas	1
4	Bio Rad HCV plus	1
5	DiaSorin	2
6	Ortho anti-HCV, Vitros	1
7	Roche HCV II	25
8	Siemens Atellica	1
9	Siemens Centaur	1

Resultate

	HCV Ig oder IgG	Resultat
2021-201	negatives Humanserum	NR
2021-202	positives Humanserum	R
2021-203	positives Humanserum	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 16. August 2021