INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 10. Dezember 2021 /cti/sme V214_CMKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2021-04
CMV Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2021-4C1 bestand aus anti-CMV IgG positivem und anti-CMV IgM negativem Material.
Die Probe 2021-4C2 bestand aus anti-CMV IgG und anti-CMV IgM positivem Material.
Die Probe 2021-4C3 bestand aus anti-CMV IgG und anti-CMV IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **27** verschickten Ringversuchen wurden **27 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **27 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Testcode und Hersteller		**Anzahl Teilnehmer**	
		CMV Ig oder IgG	**CMV IgM**
1	Abbott ALINITY	4	4
2	Abbott CMV, ARCHITECT	8	7
3	Bio Mérieux CMV	3	3
4	DiaSorin	4	4
5	Roche CMV	7	7
6	Siemens CMV	0	0
7	Vircell CMV	1	1

Resultate

	CMV Ig oder IgG	**CMV IgM**
2021-4C1	R	NR
2021-4C2	R	R
2021-4C3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 31. Januar 2022