INTERREGIONALE BLUTSPENDE SRK
TRANSFUSION INTERREGIONALE CRS

Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
Postfach | 3001 Bern
Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 23. September 2022 /cti/sme V223_HAKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2022-03
HAV Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2022-3A1 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM positivem Material.
Die Probe 2022-3A2 bestand aus anti-HAV IgG positivem und anti-HAV IgM negativem Material.
Die Probe 2022-3A3 bestand aus anti-HAV IgG und anti-HAV IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar
Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **32** verschickten Ringversuchen wurden **32 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **31 (96.9 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Ein Teilnehmer ermittelte fehlerhafte Resultate für die Probe 2022-3A3 IgG und IgM: jeweils positiv statt negativ (Messwert IgG 1.36 und IgM 0.216).

HAV Ig oder IgG			**HAV IgM**		
	Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer		Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1	Abbott HAVAb, Alinity	6	1	Abbott HAVAb, Alinity	6
2	Abbott HAVAb, Architect	8	2	Abbott HAVAb, Architect	8
3	Beckmann Coulter HAV, UniCel	1	3	Beckmann Coulter HAV, UniCel	1
4	Bio Mérieux HAV, Vidas	1	4	Bio Mérieux HAV, Vidas	3
5	DiaSorin HAV, Liaison	2	5	DiaSorin HAV, Liaison	1
6	Roche HAV, Cobas	12	6	Roche HAV, Cobas	10
7	Siemens HAV, Atellica; Centaur	2	7	Siemens HAV, Atellica; Centaur	2

Resultate

	HAV Ig oder IgG	HAV IgM
2022-3A1	R	R
2022-3A2	R	NR
2022-3A3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 31. Oktober 2022