



Interregionale Blutspende SRK AG
Ringversuchszentrum | Administration
✉ Postfach | 3001 Bern
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch
T +41 31 384 23 00

Bern, 8. Dezember 2023 /cti/sme

V234_TOKD

Kommentar / Auswertung Ringversuch 2023-04 Toxoplasma gondii Ig oder IgG und IgM

Die Probe 2023-4T1 bestand aus Toxo IgG positivem und Toxo IgM negativem Material.

Die Probe 2023-4T2 bestand aus Toxo IgG und Toxo IgM positivem Material.

Die Probe 2023-4T3 bestand aus Toxo IgG und Toxo IgM negativem Material.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

Kommentar

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **13** verschickten Ringversuchen wurden **13 (100%)** Resultate zurückgeschickt. Bei **13 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

Toxoplasmose Ig oder IgG		Toxoplasmose IgM	
Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer	Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott Toxo IgG, Alinity	2	1 Abbott Toxo IgM, Alinity	2
2 Abbott Toxo IgG, Architect	4	2 Abbott Toxo IgM, Architect	4
3 Bio Mérieux Toxo IgG, Vidas	2	3 Bio Mérieux Toxo IgM, Vidas	2
4 DiaSorin Toxo IgG, Liaison	2	4 DiaSorin Toxo IgM, Liaison	2
5 Roche Toxo IgG, Cobas	3	5 Roche Toxo IgM, Cobas	3

Resultate

	Toxoplasma gondii Ig oder IgG	Toxoplasma gondii IgM
2023-4T1	R	NR
2023-4T2	R	R
2023-4T3	NR	NR

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

Versand des nächsten Ringversuchs: 29. Januar 2024

