



**Interregionale Blutspende SRK AG**  
Ringversuchszentrum | Administration  
✉ Postfach | 3001 Bern  
📄 Murtenstrasse 133 | 3008 Bern  
iblutspende.ch | ringversuche@itransfusion.ch  
T +41 31 384 23 00

Bern, 8. März 2024 /cti/sme

V241\_CKD

## Kommentar / Auswertung Ringversuch 2024-01 HCV Ig oder IgG

Die Probe 2024-101 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 -, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 ++, NS5 -.

Die Probe 2024-102 bestand aus HCV-negativem Humanserum.

Die Probe 2024-103 bestand aus einem bestätigt HCV-positiven Humanserum und zeigte im InnoLIA Immunoblot folgendes Bandenmuster: C1 -, C2 -, E2 -, NS3 +++, NS4 +++, NS5 ++.

Die Homogenität und Stabilität der Proben wurde gemäss den internen Vorschriften durchgeführt und beurteilt. Zielwerte wurden durch einen Unterauftragnehmer überprüft (siehe AGB Kapitel 5).

### **Kommentar**

Die Qualität der Proben wurde durchwegs als gut bezeichnet.

Von **42** verschickten Ringversuchsproben wurden **42 (100 %)** Resultate zurückgeschickt. Bei **42 (100 %)** eingegangenen Antworten fanden die Teilnehmer für alle drei Proben das richtige Resultat.

**Die Teilnehmer werden aufgefordert, nicht nur die Rohdaten anzugeben, sondern auch die Beurteilung auszufüllen.**

### **HCV Ig oder IgG**

Testcode und zusätzliche Informationen	Anzahl Teilnehmer
1 Abbott HCV, Alinity	6
2 Abbott HCV, Architect	11
3 Bio Mérieux HCV, Vidas	1
4 Bio Rad HCV Ab, Access	1
5 DiaSorin HCV, Liaison	1
6 Roche HCV, Cobas	18
7 Siemens HCV, Atellica; Centaur	4

### **Resultate**

	HCV Ig oder IgG	Resultat
2024-101	positives Humanserum	R
2024-102	negatives Humanserum	NR
2024-103	positives Humanserum	R

R = reaktiv (positiv) | NR = nicht reaktiv (negativ) | GZ = Grey Zone

**Versand des nächsten Ringversuchs: 24. April 2024**

